

Приложение. Таблица 2. Значения чувствительности для каждого из центров и количество биопсий, потребовавшихся в случае применения различных диагностических подходов, по сравнению с золотым стандартом выполнения прицельной и систематической биопсии для всех мужчин.

Стокгольм

	S3M > 10%			Текущая практика*		
	Прицельная	Системат.	Обе †	Прицельная	Системат.	Обе †
Чувствительность‡	0,58	0,70	0,82	0,73	0,85	1,00
Биопсия, n	49	63	63	114	161	161
GG 1, n	7	7	7	15	13	18
GG 2, n	9	14	15	13	19	20
GG 3, n	7	6	8	8	6	9
GG 4, n	3	3	4	3	3	4

Тёнсберг

	S3M > 10%			Текущая практика*		
	Прицельная	Системат.	Обе †	Прицельная	Системат.	Обе †
Чувствительность‡	0,92	0,94	0,96	0,94	0,98	1,00
Биопсия, n	84	92	92	114	136	136
GG 1, n	15	16	17	21	22	24
GG 2, n	16	18	18	17	20	20
GG 3, n	12	11	11	12	11	11
GG 4, n	21	21	22	21	21	22

Осло

	S3M > 10%			Текущая практика*		
	Прицельная	Системат.	Обе †	Прицельная	Системат.	Обе †
Чувствительность‡	0,83	0,73	0,93	0,89	0,76	1,00
Биопсия, n	174	174	174	236	236	236
GG 1, n	33	48	35	47	66	55
GG 2, n	56	52	58	60	54	63
GG 3, n	19	17	22	21	18	25

GG 4, n	15	10	20	15	10	20
---------	----	----	----	----	----	-----------

МРТ/ТРУЗИ наложение прицельная и систематическая биопсия. † для определения балла по шкале Глисона 7 или выше, по сравнению с последним столбцом в таблице.